

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### I. ZAMAWIAJĄCY

Ars Medical Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 43  
64-920 Piła  
NIP: 7642360318  
REGON: 572069224

### II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Osoby upoważnione do kontaktów: Anna Rogóż, adres e-mail: [anna.rogoz@scanmed.pl](mailto:anna.rogoz@scanmed.pl), Radosław Kucharczyk, adres e-mail: [dotacje@scanmed.pl](mailto:dotacje@scanmed.pl)
2. Pytania dotyczące treści zamówienia prosimy kierować na adres e-mail: [dotacje@scanmed.pl](mailto:dotacje@scanmed.pl)  
Miejsce publikacji ogłoszenia: <https://scanmed.pl/dofinansowania/zamowienia>
3. Termin składania ofert: 23.10.2024r

Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Oferentami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma elektroniczna.

### III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrzną procedurą dokonywania zakupów Ars Medical Sp. z o.o. (zgodną z Zasadą Konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków).

### IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup mammografu w ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”.
2. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Szpital Ars Medical Sp. z o.o. , Al. Wojska Polskiego 43,64-920 Piła
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3.
4. Przedstawione w załączniku nr 3 cechy techniczne przedmiotu zamówienia określają typ wymaganego przez Zamawiającego produktu, narzędzi lub innego wyposażenia medycznego (przykład produktu spełniającego oczekiwania). Oznacza to, iż oferowany produkt musi spełniać określone w załączniku parametry techniczne. Parametry urządzenia mogą być korzystniejsze, nie mogą być gorsze niż określone w zapytaniu ofertowym.

Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości towaru. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe, techniczne i eksploatacyjne nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w produktu lub równoważnego. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych czy minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

5. Oferowany przez Wykonawcę towar musi:
- 1) posiadać ważne dokumenty pozwalające na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami odpowiednio ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych.
  - 2) spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, w szczególności warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w pkt 5. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych określonych w pkt. 5 spowoduje odrzucenie oferty.
  - 3) być fabrycznie nowy, w pełni sprawny,
  - 4) odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia,
  - 5) być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych,
  - 6) nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.

**Uwaga:**

**Parametry stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w tabeli załącznika.**

6. Kody CPV:
- 33100000 – 1 Urządzenia medyczne
  - 33111650 – 2 Urządzenia do mammografii
7. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2024.
8. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia gwarancji oraz usługi serwisowej zgodnie ze złożoną ofertą.
9. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji min. 24 miesięcznej. Oferta odwołująca się do krótszego okresu gwarancji zostanie odrzucona jako niespełniająca warunków postępowania.
10. Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia koszt wykonania, dostawy, montażu, uruchomienia i szkolenia pracowników. Koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty i uszkodzenia w trakcie dostawy do siedziby Zamawiającego (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę.

**V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZWIĄZANIE OFERTĄ, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert przez jednego wykonawcę, wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę zostaną odrzucone.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Każdy Wykonawca może przystąpić do postępowania na dowolne wybraną część lub części pod warunkiem wypełnienia wszystkich pozycji określonych w załączniku nr 1, (w wybranej części lub częściach) i podaniu kwoty ostatecznej za cały przedmiot danej części.
4. Kompletna oferta powinna zawierać wszystkie wymienione poniżej dokumenty:
  - a) Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego *Zapytania ofertowego*).
  - b) Wypełnione i podpisane „Oświadczenie wykonawcy” (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego *Zapytania ofertowego*).
  - c) Wypełniony i podpisany „Opis przedmiotu zamówienia” (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego *Zapytania ofertowego*).
5. Sposób przygotowania oferty:
  - a) ofertę należy sporządzić w języku polskim
  - b) oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu Oferenta w tym postępowaniu,
6. Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez przesłanie podpisanych skanów dokumentów (bądź dokumentów podpisanych podpisem elektronicznym) wskazanych w pkt. 4 na adres

marta.gulinska@scanmed.pl w tytule wiadomości wpisując „Oferta na zapytanie ofertowe 23/2024”  
Oferty złożone w innej formie niż powyżej wskazane, zostaną odrzucone.

7. **Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2024 r. o godz. 12<sup>00</sup>.** Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i oceniane (decyduje data wpływu oferty).
8. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (wyznaczony przez Zamawiającego dzień składania ofert, jest pierwszym dniem związania ofertą).
9. Po terminie składania ofert Zamawiający dokona oceny złożonych ofert.
10. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.

## VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

1. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy spełniają wymagania określone w dokumentach *Zapytania ofertowego*.
2. Zamawiający w toku badania i oceny ofert zastrzega sobie możliwość wzywania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, pod warunkiem, że oferta nie podlega odrzuceniu.
3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
4. Zamawiający może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych.
5. Jeżeli zaofferowana cena będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień co do podstaw oszacowania ceny.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub wyjaśnienia wykażą, iż Wykonawca zamierzał wykonać przedmiot zamówienia lub jego część, odwołując się do rażąco niskiej ceny, Zamawiający odrzuci ofertę. W takim przypadku, Wykonawca otrzyma informację o odrzuceniu jego oferty, wraz z uzasadnieniem.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

**Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa kryterium</i>	<i>Waga</i>	<i>Maksymalna liczba punktów</i>
1	Cena PLN (C)	100 %	100

**Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:**

- a) Punkty w ramach kryterium *Cena netto w PLN (C)* będą przyznawane wg następującej formuły:

$$C = \frac{\text{Najniższa oferowana cena netto w zbiorze wszystkich ofert}}{\text{Cena netto oferty rozpatrywanej}} \times 100$$

8. Maksymalna punktacja możliwa do uzyskania w ramach zdefiniowanych w zapytaniu ofertowym kryteriów wynosi 100 punktów.
9. Liczba przyznanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
10. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Wybór oferty zostanie udokumentowany pisemnym protokołem postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg powyższych kryteriów i metodologii obliczania zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert Zamawiający może podjąć negocjacje z wszystkimi Oferentami.

11. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
12. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu za pośrednictwem korespondencji mailowej. Ponadto informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego: <https://scanmed.pl/dofinansowania/zamowienia>

## VII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCY

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – Zamawiający nie stawia wymagań.
2. posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia – Zamawiający nie stawia wymagań.
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie stawia wymagań.
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia – Zamawiający nie stawia wymagań.
5. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenie dot. braku powiązań - zał. nr 2 do *Zapytania ofertowego*.

## VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓWI WYKLUCZENIA

1. Każdą ofertę niespełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym *Zapytaniu ofertowym* oraz załącznikach) odrzuca się.
2. Odrzuceniu podlegają także oferty, które zawierają przedmiot postępowania niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do *Zapytania ofertowego*).
3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, pod warunkiem, że oferta nie podlega odrzuceniu.
4. Z postępowania wykluczeni zostaną również Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. W związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwaną dalej „ustawą”, z postępowania wyklucza się:
    - 1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- 2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
  - 3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
6. Oferent niespełniający warunków szczegółowo opisanych w punkcie VII. *Zapytania ofertowego* albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony, a jego oferta odrzucona.

#### **IX. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku:

- a) braku choćby jednej ważnie złożonej oferty,
- b) gdy postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia,
- c) gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
- d) gdy Zamawiający zrezygnuje z realizacji Umowy o dofinansowanie projektu, którego dotyczy niniejsze Zapytanie.
- e) gdy złożone oferty są wyższe niż środki przeznaczone na realizację tego zamówienia przez Zamawiającego.

#### **X. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY**

1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w *Zapytaniu ofertowym* oraz została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
2. Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów oraz upubliczni na stronie Zamawiającego, informację o wynikach procedury poprzez podanie nazwy oferenta, jego siedziby oraz cenę oferty najkorzystniejszej.
3. Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta, że Jego oferta została wybrana w celu podpisania umowy. W zawiadomieniu tym Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Informacja zostanie przesłana za pomocą adresu e-mail wskazanego w ofercie Wykonawcy.
4. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający, zawrze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz terminu jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
7. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania ofertowego.

## XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY I ZMIANA UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, po uzyskaniu zgodnej woli obu stron.
2. Poza przesłankami zmian umowy określonymi w wytycznych horyzontalnych, dopuszczalna jest zmiana umowy w następujących przypadkach:
  - 1) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia. Nie stanowi zmiany w umowie udzielenie przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Możliwość zastosowania tego postanowienia będzie każdorazowo oceniana przez Zamawiającego,
  - 2) konieczności przedłużenia terminu wykonania zamówienia z przyczyn, których nie dało się wcześniej przewidzieć, wynikających z braku dostępności na rynku komponentów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. Wystąpienie ww. okoliczności wymaga udokumentowania. W takiej sytuacji możliwe jest wydłużenie terminu wykonania zamówienia o tyle dni, ile komponenty nie były dostępne;
  - 3) wystąpienia siły wyższej; przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należyta starannością,
  - 4) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności. „Pojęcie niemożliwych do przewidzenia okoliczności odnosi się do okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia przez instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem dostępnych jej środków, charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wykorzystanymi na przygotowanie postępowania a jego przewidywalną wartością. Nie może to jednak mieć zastosowania w sytuacjach, w których modyfikacja powoduje zmianę charakteru całego zamówienia, na przykład przez zastąpienie zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia,
  - 5) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,
  - 6) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
  - 7) konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień,
  - 8) ustalenia, że wykonanie umowy zgodnie z załącznikami do zapytania ofertowego nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  - 9) wystąpią lub zostaną ujawnione wady załączników do Zapytania ofertowego skutkujące koniecznością dokonania ich zmian - jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa na realizację przedmiotu umowy,
  - 10) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym.
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny do odwrócenia skutków powołanych wyżej okoliczności.

Istotne postanowienia umowy oraz kary umowne:

1. Niezależnie od wskazanych w treści Zapytania ofertowego warunków, jakie będzie zawierała umowa zawarta z Wykonawcą, Zamawiający wskazuje, że umowa ta będzie odwoływała się do następujących postanowień:
  - 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
  - 2) Podstawą do wystawienia faktur za zrealizowany przedmiot zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy bez wad czy zastrzeżeń, podpisany przez Zamawiającego i wybranego Oferenta, potwierdzający wykonanie prac
  - 3) Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę, na rachunek przez niego wskazany. Faktura musi odwoływać się do 30-dniowego terminu płatności.
  - 4) Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy zostanie ujawnione, że wyłoniony Wykonawca nie spełniał warunków przystąpienia do niniejszego postępowania. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Wykonawca nieprawdziwie oświadczył o wymaganym doświadczeniu.
  - 5) Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca będzie rażąco naruszał jej postanowienia, pomimo stosownego i opatrzonego uzasadnieniem wezwania ze strony Zamawiającego.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w tym w dostawie Sprzętu - w wysokości 1% Ceny brutto za każdy dzień opóźnienia;
  - 2) za opóźnienie w usunięciu wad Sprzętu stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 1% Ceny brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
  - 3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% Ceny brutto.
  - 4) Kary umowne mogą się sumować ale łączna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekraczać 30% Ceny brutto. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
  - 5) Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## **XII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym *Zapytaniu ofertowym* przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
3. Oferent winien zapoznać się z całością niniejszego *Zapytania ofertowego*. Wszystkie formularze zawarte w *Zapytaniu ofertowym*, a w szczególności formularz oferty i załączniki zostaną wypełnione przez oferenta ściśle według wskazówek.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści *Zapytania ofertowego*. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Oferentom i będzie dla nich wiążąca. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
5. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego.

## **XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym *Zapytaniu ofertowym* mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### **XIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

Załączniki:

- nr 1: „Formularz ofertowy”
- nr 2: „Oświadczenie wykonawcy”
- nr 3: „Opis przedmiotu zamówienia”





*Pieczęć Oferenta*

**„FORMULARZ OFERTOWY”**

\_\_\_\_\_  
*Miejscowość, data*

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiot stanowi zakup mammografu w ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” składamy poniższą ofertę:

**1. Dane Oferenta:**

Pełna nazwa:	
Adres siedziby:	
REGON:	
NIP:	
Uprawniona osoba reprezentująca:	
Telefon:	
e-mail:	

**2. Oferowana cena:**

Cena netto w PLN:	Słownie:
Podatek VAT w PLN:	Słownie:
Cena brutto w PLN:	Słownie:

**Oferowana gwarancja:** .....

## 2. Oświadczenia

Cena zawiera wszystkie składowe niezbędne do wykonania zamówienia, zgodne z zakresem zamówienia przedstawionym w zapytaniu ofertowym.

W imieniu oferenta potwierdzam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i akceptuję warunki w nim ujęte.

.....

*Podpis Oferenta*

## „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY”

---

*Miejscowość, data**Pieczęć Oferenta*

Składając ofertę, w związku z zapytaniem ofertowym, którego przedmiot stanowi zakup mammografu w ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”:

1. niniejszym oświadczam, że pomiędzy....., dalej zwanym Oferentem, a Zamawiającym, nie występują powiązania osobowe ani kapitałowe.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, ,
  - c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. niniejszym oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania, w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

.....  
*Podpis Oferenta*

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Wykonawca: .....

Nazwa i typ: .....

Producent/ Kraj: .....

Rok produkcji: .....

<b>L.p.</b>	<b>Parametr</b>	<b>Parametr wymagany</b>	<b>Parametr oferowany</b> Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”)
<b>Parametry techniczne</b>			
1.	Mammograf cyfrowy fabrycznie wyposażony w detektor (nie dopuszcza się mammografów ucyfrowionych kasetami CR lub detektorami).	TAK	
2.	Mammograf fabrycznie nowy	TAK	
<b>Generator wysokiego napięcia</b>			
3.	Generator wysokoczęstotliwościowy zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, min 100kHz	TAK	
4.	Generator zintegrowany w statywie mammografu	TAK	
5.	Moc wyjściowa generatora min. 5 kW	TAK	
6.	Zakres wysokiego napięcia zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Min zakres 25-31 kV	TAK	
7.	Dokładność regulacji napięcia, skok max. co 1 kV zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych	TAK	
8.	Maksymalna wartość ekspozycji: min 500mAs	TAK	
9.	Automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilania min. +/-10%	TAK	

<b>L.p.</b>	<b>Parametr</b>	<b>Parametr wymagany</b>	<b>Parametr oferowany</b> Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”)
	<b>Parametry techniczne</b>		
10.	Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, materiał anody, rodzaj filtrazgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych	TAK	
	<b>Lampa RTG</b>		
11.	Anoda wirująca	TAK	
12.	Prędkość wirowania anody: Min. 5000 obr./min	TAK	
13.	Pojemność cieplna anody: Min.160kHU	TAK	
14.	Pojemność cieplna lampy (lub kotpaka lampy zależnie od terminologii producenta): min. 500kHU	TAK	
15.	Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 336 metodą szczelinową zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych: Max 0,15mm	TAK	
16.	Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 336 metodą szczelinowązgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych: max.0,3mm	TAK	
17.	Max prąd dużego ogniska:Min. 180 mA	TAK	
18.	Filtracja dodatkowa	TAK	
	<b>Automatyka</b>		
19.	Automatyka AEC	TAK	
20.	Co najmniej 3 poziomy dawki dla trybu AEC (lub trzy tryby AEC) – z możliwością wyboru przez technika	TAK	
21.	Automatyczna kontrola kompresji	TAK	
22.	Ręczna kontrola kompresji	TAK	
23.	Automatyczna dekompresja po ekspozycji zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych	TAK	

<b>L.p.</b>	<b>Parametr</b>	<b>Parametr wymagany</b>	<b>Parametr oferowany</b> Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”)
<b>Parametry techniczne</b>			
24.	Aparat dobiera optymalną siłę kompresji na podstawie podatności piersi na dalszy ucisk (gdy pierś przestaje zmieniać swoją grubość ucisk zatrzymuje się oferując optymalną jakość obrazu przy jak najmniejszym dyskomforcie dla pacjentki); możliwość aplikacji większego ucisku przez technika, jeśli uzna on to za stosowne	TAK	
25.	Możliwość zwolnienia ucisku w przypadku awarii zasilania – ręcznie lub automatycznie	TAK	
<b>Statyw Mammograficzny</b>			
26.	Statyw wolnostojący	TAK	
27.	Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym	TAK	
28.	Minimalna wysokość górnej powierzchni stolika liczona od podłogi (lampa u góry) ułatwiająca badanie pacjentek siedzących na wózkach inwalidzkich: max 70 cm	TAK	
29.	Maksymalna wysokość górnej powierzchni stolika liczona od podłogi ułatwiająca badanie pacjentek wysokich: min 140 cm	TAK	
30.	Zakres obrotu głowicy: min. 350°	TAK	
31.	Motorowy obrót głowicy w całym zakresie ruchu	TAK	
32.	Możliwość ustawienia głowicy w pozycji - 180° (detektor na górze, lampa na dole) do badań 2D zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych	TAK	
33.	Odległość ognisko - detektor obrazu: min. 65cm	TAK	
34.	Na wyświetlaczu na statywie podawana min. grubość piersi po uciśnięciu oraz siła ucisku	TAK	
35.	Na wyświetlaczu na statywie podawane nazwisko i imię pacjentki.	TAK	
36.	Zestaw do zdjęć powiększonych, co najmniej stolik ze współczynnikiem powiększenia 1,5x	TAK	

<b>L.p.</b>	<b>Parametr</b>	<b>Parametr wymagany</b>	<b>Parametr oferowany</b> Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”)
	<b>Parametry techniczne</b>		
37.	Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła.	TAK	
38.	Jeden przycisk, którego aktywacja powoduje automatyczne przemieszczenie się aparatu do pozycji odpowiedniej dla następnej projekcji, ustawionej w procedurze badania. W przypadku korekty przez technika kąta ustawienia głowicy dla danej pacjentki w projekcji MLO mechanizm ustawienia automatycznie tego samego kąta do drugiej projekcji MLO tej pacjentki.	TAK	
39.	Ośłona twarzy pacjentki podczas badań 2D	TAK	
40.	Komplet płytek do kompresji dla formatów badań przesiewowych, do zdjęć celowanych, powiększonych, celowanych powiększonych oraz do aplikacji tomosyntezy	TAK	
41.	Płytki kompresyjna do formatu 18 x 24 cm (+/-1 cm) z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora	TAK	
42.	Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja)	TAK	
	<b>Detektor Cyfrowy</b>		
43.	Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku (aSi lub aSe) z matrycą TFT o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23cm oraz min. 23x29 zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych	TAK	
44.	Matryca detektora dla maksymalnego formatu min 2300x3000 pikseli	TAK	
45.	Rozmiar piksela: max. 100 µm	TAK	
46.	Zakres dynamiki akwizycji: min. 12 bit	TAK	

<b>L.p.</b>	<b>Parametr</b>	<b>Parametr wymagany</b>	<b>Parametr oferowany</b> Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”)
	<b>Parametry techniczne</b>		
47.	Kratka przeciwrozproszeniowa	TAK	
48.	Automatyczne wysuwanie kratki z toru promieniowania podczas zdjęć z powiększeniem.	TAK	
49.	Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi 2D: max. 25s	TAK	
50.	Odległość od krawędzi stolika od strony piersi do czynnej krawędzi detektora max 5mm zgodnie z wymogami jakości obrazu	TAK	
51.	Grubość obudowy detektora od strony pacjentki (w najszerszym miejscu od strony pacjentki), ułatwiająca pozycjonowanie zwłaszcza cięższych pacjentek max 85 mm	TAK	
	<b>Tomosynteza</b>		
52.	Funkcjonalność tomosyntezy realizowanej poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie umożliwiające powstanie rekonstrukcji wolumetrycznej 3D	TAK	
53.	Akwizycja podczas skanu tomosyntezy bez łączenia pikseli (tzw. binningu) we wszystkich dostępnych trybach.	TAK	
54.	Zakres skanu tomosyntezy. min. 7°	TAK	
55.	Czas wykonania skanu tomosyntezy dla podanego zakresu skanu podanego wyżej: max. 25 s	TAK	
56.	Ilość projekcji podczas wykonywania skanu tomosyntezy dla oferowanego wyżej zakresu: min. 9	TAK	
57.	Odległość między zrekonstruowanymi warstwami w badaniu tomosyntezy: max. 1mm	TAK	
58.	Podczas rekonstrukcji obrazu tomosyntezy wykorzystywany iteracyjny algorytm lub algorytmy iteracyjne	TAK	
59.	Uzyskiwanie dla wykonanego badania tomosyntezy obrazu syntetycznego 2D	TAK	



<b>L.p.</b>	<b>Parametr</b>	<b>Parametr wymagany</b>	<b>Parametr oferowany</b> Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”)
	<b>Parametry techniczne</b>		
60.	Ostona twarzy podczas badania tomosyntezy (3D) ruchoma lub nieruchoma w trakcie badania	TAK,	
<b>Konsola Techniczna</b>			
61.	Stacja mocowana do podłogi,	TAK	
62.	Stacja z możliwością silnikowej zmiany wysokości pulpitu technika i dostosowania wysokości pracy do wzrostu technika	TAK	
63.	Co najmniej komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika)	TAK	
64.	Monitor obsługowy dla technika - LCD min. 20", min. 3 Mpixele	TAK	
65.	Szyba ochronna dla operatora zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych: ekwiwalent min. 0,5 mm Pb	TAK	
66.	Pamięć operacyjna RAM: min. 16 GB	TAK	
67.	Liczba zapamiętanych obrazów bez kompresji	TAK	
68.	Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM również w trybie „for processing”	TAK	
69.	Możliwość akceptacji bądź odrzucenia obrazu	TAK	
70.	Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami : - DICOM Send/Recive - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrive - DICOM Worklist	TAK	
71.	Zakres dynamiki obrazu zapisanego i eksportowanego do stacji opisowej (po postprocessingu, obraz „for presentation”) min.12 bit	TAK	

<b>L.p.</b>	<b>Parametr</b>	<b>Parametr wymagany</b>	<b>Parametr oferowany</b> Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”)
	<b>Parametry techniczne</b>		
72.	Funkcje: - powiększenie - pomiary długości - dodawanie tekstu do obrazu - pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI - nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i / lub literowej bezpośrednio na stacji obsługowej	TAK	
73.	Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta	TAK	
74.	Stanowisko obrazowo-opisowe dla radiologa,	TAK	
75.	System operacyjny	TAK	
76.	Dedykowany zestaw komputerowy o parametrach spełniających wymagania oferowanego oprogramowania diagnostycznego, karta graficzna do obsługi monitora diagnostycznego, mysz, klawiatura komputerowa	TAK	
77.	Oddzielna klawiatura/pad do przeglądania obrazów z badań mammograficznych	TAK	
78.	Interfejs sieciowy	TAK	
79.			
80.	Panoramyczny monitor diagnostyczny rozdzielczość: min. 10 MP z funkcją wyświetlania obrazu w trybie monochromatycznym dla minimum 2 obszarów wyświetlania spełniających funkcję monitorów monochromatycznych, dla których spełnione są zapisy polskiego prawa o monitorach dla stanowiska opisowego do mammografii	TAK	

<b>L.p.</b>	<b>Parametr</b>	<b>Parametr wymagany</b>	<b>Parametr oferowany</b> Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”)
	<b>Parametry techniczne</b>		
81.	Pakiet oprogramowania do opisywania badań mammografii, umożliwiający: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ułożenie zdjęć mammograficznych w tzw. układ mammograficzny (4 zdjęcia w odbiciu lustrzanym).</li> <li>• prekonfigurowane layouty dla różnych widoków (MLO, CC) w tym umieszczenie na ekranach obrazów CC bok do boku oraz obrazu MLO piersi prawej po stronie lewej, a obrazu piersi lewej po stronie prawej,</li> <li>• funkcje powiększania (lupa) ,</li> <li>• włączenie pełnej rozdzielczości</li> <li>• porównywanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym,</li> <li>• inwersja skali szarości,</li> <li>• prezentacja obrazów tomosyntezy</li> <li>• oprogramowanie diagnostyczne z certyfikatem II b</li> </ul>	TAK	
82.	Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych przed oddaniem mammografu i stacji opisowej do użytku	TAK	
83.	Szkolenie techników z obsługi sprzętu: min. 3 dni	TAK	
84.	Uchwyt na nieużywane płytki kompresyjne	TAK	
85.	Gwarancja: min. 2 lata	TAK	

.....  
*Podpis Oferenta*