



# ARS MEDICAL Sp. z o.o.

64-920 Piła, al. Wojska Polskiego 43  
Biuro Zarządu - tel./fax 67 212 53 90, e-mail: arsmmedical@pila.top.pl, www.arsmedical.pila.pl



Certyfikat Jakości

Piła, 22 marca 2011 r.

## UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI OGŁOSZENIA

Dotyczy: Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup> Kodeksu cywilnego na „Dzierżawę analizatorów do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dostawą odczynników”.

Organizator udziela następujących odpowiedzi:

### Pytanie 1:

Czy Organizator dopuści analizator biochemiczny z chłodzeniem stanowiska odczynników w temperaturze 4-10 °C przy zapewnieniu producenta odczynników, iż powyższa temperatura nie ma wpływu na okres trwałości a tym samym na reaktywność biochemiczną oferowanej dedykowanej linii odczynnikowej?

Odpowiedź:

Tak. Punkt 9 w załączniku 2.1 otrzymuje brzmienie: „System chłodzenia odczynników”.

### Pytanie 2:

Czy Organizator dopuści analizator z możliwością uzupełniania próbek rutynowych oraz próbek „cito” na pokładzie analizatora bez przerywania ciągłości pracy aparatu tj. jego całkowitego wyłączenia z wykorzystaniem krótkotrwałej funkcji „pauza” powodującej chwilowe zatrzymanie ruchu igły aspirującej bez przerywania procesu pomiaru optycznego? Powyższy wymóg jest konieczny ze względu na zachowanie bezpieczeństwa pracy użytkownika, zgodnie z zapisami zawartymi w instrukcji obsługi analizatora.

Odpowiedź:

Tak.

### Pytanie 3:

Prosimy Organizatora o podanie danych do kontaktu z firmą będącą właścicielem licencji na system Eskulap, celem ustalenia kosztów wpięcia do systemu oferowanego analizatora.

Odpowiedź:

Systemy Informatyczne ALMA Sp. z o.o., ul. Hodowlana 5, 61-680 Poznań

tel. 61 82 97 232, fax 61 82 97 242, e-mail: biuro@si-alma.pl

Biuro: ul. Dąbrowskiego 189, 60-594 Poznań

### Pytanie 4:

Czy Organizator odstąpi od wymogu oznaczenia parametrów: miedź i lit przy jednoczesnym założeniu, że W pokryje koszty wykonania tego parametru w innym laboratorium? Oferent dokona odpowiedniej wyceny parametrów w formularzy ofertowym.

Odpowiedź:

Oferent pokryje koszty zakupu odczynnika miedź i lit aby wykonać te badania w laboratorium Organizatora na posiadanym przez niego analizatorze Cobas Mira Plus.

**Pytanie 5:**

Czy Organizator wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora do badań biochemicznych bez możliwości wprowadzania próbek pierwotnych z zamkniętego systemu pobrania?

Odpowiedź:

Nie.

**Pytanie 6:**

Czy Organizator dopuści analizator z możliwością automatycznego rozcieńczania, ale bez zagęszczania?

Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie 7:**

Czy Organizator wyrazi zgodę na czas przybycia serwisu od chwili zgłoszenia telefonicznego maksymalnie 36 godzin? Czy Organizator wyrazi zgodę na dostępność serwisu 5 dni w tygodniu?

Odpowiedź:

Organizator zgadza się na czas przybycia serwisu od chwili zgłoszenia telefonicznego maksymalnie 36 godzin i dostępność serwisu przez 5 dni w tygodniu.

Zmianie ulega zapis w projekcie umowy (załączniki 3.1 i 3.2), w §4 punkt 3 zostaje zastąpiony przez: „3. Wykonawca zobowiązuje się – po powiadomieniu przez Organizatora – do wszelkich napraw analizatora, przy czym oświadcza, że czas przybycia i serwisu od chwili zgłoszenia telefonicznego, faksem lub pocztą elektroniczną nie będzie dłuższy niż 36 godzin oraz będzie dostępny przez 5 dni w tygodniu.”

Organizator rezygnuje z punktów 25 i 26 w załącznikach 2.1 i 2.2.

**Pytanie 8:**

Czy Organizator wyrazi zgodę na wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej?

Odpowiedź:

Nie.

**Pytanie 9:**

Prosimy o wyjaśnienie, czy dla parametru „Chloride” ilość oznaczeń (12 miesięcy) podana jest prawidłowa wartość?

Odpowiedź:

Prawidłowa wartość ilości oznaczeń (12 miesięcy) dla parametru „Chloride” to 8280.

**Pytanie 10:**

Czy Organizator zgodzi się na wyłączenie z postępowania badania do oznaczania „Copper” – miedź lub wyrazi zgodę na wykonywanie tego badania poza oferowanym analizatorem ma koszt Oferenta?

Odpowiedź:

Oferent pokryje koszty zakupu odczynnika miedź aby wykonać te badania w laboratorium Organizatora na posiadanym przez niego analizatorze (np. metoda EIA, analizator Cobas Mira Plus).

**Pytanie 11:**

Czy Organizator wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora dysponującego pokładem odczynnikowym schłodzonym do temperatury z zakresu 10-15 °C dla zapewnienia optymalnych warunków przechowywania zestawów odczynnikowych?

Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie 12:**

Czy Organizator wyrazi zgodę na złożenie oferty na BNP lub NT-poBNP? Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i międzynarodowych towarzystw kardiologicznych zarówno BNP jak i NT-proBNP są klinicznie równocenne w diagnostyce kardiologicznej. Nie należy

preferować wyłącznie jednego parametru, w związku z tym powinna być możliwość złożenia oferty na oba te parametry.

Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie 13:**

Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania bHCG o różnych zastosowaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Organizator zamierza stosować bHCG wyłącznie jako test ciążyowy, czy także jako marker nowotworowy?

Odpowiedź:

Jako test ciążyowy lub marker nowotworowy.

**Pytanie 14:**

Prosimy o uściślenie, czy pod określenie HCV 2.0 Organizator rozumie oznaczenie przeciwciał anty-HCV?

Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie 15:**

Prosimy o uściślenie, czy pod określeniem hTSH Organizator rozumie oznaczenie TSH testem 3 generacji, zgodnym z wytycznymi towarzystw tyreologicznych?

Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie 16:**

Prosimy o określenie ilości oznaczeń Toxo IgG i Toxo IgM w tabelce ofertowej.

Odpowiedź:

Ilości oznaczeń dla Toxo IgG to 826 a dla Toxo IgM 916.

**Pytanie 17:**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Organizator wymaga, aby Oferent zapewnił dostarczenie dla wszystkich oferowanych parametrów wartości referencyjnych producenta odczynników, umożliwiającą prawidłową interpretację wyników, czy też Organizator będzie przygotowywał takie wartości referencyjne samodzielnie?

Odpowiedź:

Organizator wymaga, aby Oferent zapewnił dostarczenie dla wszystkich oferowanych parametrów wartości referencyjne producenta odczynników.

**Pytanie 18:**

Ponieważ oznaczenia syphilis oferowane są na analizatorze immunochemicznym tylko przez jednego producenta, co ogranicza konkurencyjność postępowania, zwracamy się z prośbą o wyłączenie tych oznaczeń z postępowania. Alternatywnie prosimy o zgodę na wykonywanie tych oznaczeń jako badania wysyłane na zewnątrz.

Odpowiedź:

Oferent pokryje koszty zakupu odczynnika syphilis aby wykonać te badania w laboratorium Organizatora na posiadanym przez niego analizatorze (np. metoda EIA, analizator Cobas Mira Plus).

**Pytanie 19:**

Prosimy o uściślenie, czy Organizator wymaga wydajności analizatora 400 ozn./h razem z ISE, czy samych testów fotometrycznych. Wymagana wydajność 400 ozn./h liczona razem z ISE powoduje, że możliwy jest do zaoferowania analizator o wydajności testów fotometrycznych ok. 180 ozn./h. Czy Organizator dopuszcza możliwość zaoferowania takiego analizatora?

Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie 20:**

Czy Organizator wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora nie posiadającego oprogramowania w języku polskim? Przy założeniu, że takie oprogramowanie jest w przygotowaniu i będzie zainstalowane na analizatorze niezwłocznie po wprowadzeniu, a na dzień dzisiejszy cała dokumentacja użytkowa analizatora jest w wersji polskiej.

Odpowiedź:

Tak. Organizator zmienia treść punktu 8 w załączniku 2.1 i punktu 9 w załączniku 2.2 na „Instrukcja obsługi w języku polskim”.

**Pytanie 21:**

Czy Organizator wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym chłodzenie stanowisk odczynników jest w temp. nie wyższej niż 10 °C?

Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie 22:**

Czy Organizator wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym wykorzystany jest inkubator wodny?

Odpowiedź:

Tak. Organizator zmienia treść punktu 10 w załączniku 2.1 na „Inkubator powietrzny lub wodny”.

**Pytanie 23:**

Czy Organizator dopuszcza możliwość zgłaszania usterek 365 dni w roku za pomocą maila, faxu lub telefonu?

Odpowiedź:

Organizator dopuszcza możliwość zgłaszania usterek przez 5 dni w tygodniu za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub telefonu.

**Pytanie 24:**

Prosimy o uściślenie, co Organizator rozumie przez pakiet startowy odczynników na start. Czy chodzi o dostawę bezpłatną (które testy i w jakiej ilości, czy również kalibratory, kontrole, materiały zużywalne)?

Odpowiedź:

Organizator przez pakiet startowy rozumie zestaw odczynników i materiałów eksploatacyjnych pozwalających na uruchomienie analizatora i przeprowadzenie szkolenia.

**Pytanie 25:**

Czy Organizator wymaga, aby system chłodzenia odczynników w analizatorze gwarantował warunki takie, jak w lodówce zewnętrznej (temperatura od 2 do 12 °C)?

Odpowiedź:

Nie.

**Pytanie 26:**

Czy Organizator wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, dla którego czas wykonania testów aCCP, aTPO, B12, CMV IgG, CMV IgM, Rubelka IgG, Rubelka IgM jest dłuższy niż 30 minut i wynosi 36 minut?

Odpowiedź:

Tak. Organizator zmienia treść punktu 16 w załączniku 2.2 na „Szybkość otrzymania pierwszego wyniku dla większości oferowanych testów poniżej 30 minut”.

**Pytanie 27:**

Prosimy o podanie kosztu zakupu sterownika wraz z licencją wystawioną na Organizatora dla systemu Eskulap, przy zakupie tych elementów przez Oferenta (do podłączenia oferowanego analizatora do ww. systemu informatycznego).

Odpowiedź:

Organizator nie zna kosztu zakupu sterownika wraz z licencją. Dane do kontaktu z firmą, która jest w stanie tych informacji udzielić:

Systemy Informatyczne ALMA Sp. z o.o.  
ul. Hodowlana 5, 61-680 Poznań  
tel. 61 82 97 232, fax 61 82 97 242  
biuro@si-alma.pl  
Biuro: ul. Dąbrowskiego 189, 60-594 Poznań

**Pytanie 28:**

Prosimy o dopisanie do paragrafu 2 projektu umowy dodatkowego punktu o następującej treści: „*W okresie niezmienności cen, ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego, zmieniającego tą stawkę. W razie zmiany stawki podatku VAT, po zawarciu umowy, dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń*”.

Odpowiedź:

Organizator zmienia umowę (załącznik nr 3.1 i 3.2) dopisując punkt 5 w brzmieniu:

„5. W okresie niezmienności cen, ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego, zmieniającego tą stawkę. W razie zmiany stawki podatku VAT, po zawarciu umowy, dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.”

**Pytanie 29:**

Czy Organizator dopuszcza podłączenie analizatorów do sieci internet celem zdalnej diagnostyki analizatora?

Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie 30:**

Czy Organizator wyrazi zgodę na analizator wyposażony w rotor odczynnikowy chłodzony w przedziale temp. 4-12 °C zapewniający w pełni stabilność odczynnika na pokładzie analizatora w okresie deklarowanym i gwarantowanym przez producenta, bez konieczności codziennego chowania do lodówki?

Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie 31:**

Czy Organizator wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z oprogramowaniem w języku angielskim?

Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie 32:**

Czy Organizator wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym informacje na temat wartości punktów krzywej kalibracyjnej zapisane są w kodzie kreskowym, wczytywane automatycznie?

Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie 33:**

Czy Organizator wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych odczynników, w których czas otrzymania pierwszego wyniku wynosi powyżej 30 minut?

Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie 34:**

Czy Organizator wyrazi zgodę, aby oznaczenia anty-CCP i syphilis wykonywane były poza oferowanym analizatorem, jako badanie zlecane na zewnątrz? W tabeli formularza cenowego dla porównania ofert ujęty zostanie koszt wykonania tych badań.

Odpowiedź:

Oferent pokryje koszty zakupu odczynnika anty-CCP i syphilis aby wykonać te badania w laboratorium Organizatora na posiadanym przez niego analizatorze (np. metoda EIA lub inna).

**Pytanie 35:**

Czy w związku z trwającym procesem rejestracji odczynnika do oznaczenia HIV (Ag/Ab), którego planowany okres zakończenia przypada najpóźniej na czerwiec Organizator wyrazi zgodę na zaoferowanie zastępczo na ten okres odczynnika HIV Ab lub wykonanie oznaczeń HIV Combo jako badanie zlecane na zewnątrz?

Odpowiedź:

Organizator zgadza się na zakup zastępczo odczynnika HIV Ab.

**Pytanie 36:**

Czy Organizator wyrazi zgodę na wstrzymanie wysyłki odczynników w wyniku wystąpienia zaległości płatniczych powyżej 10 000,00 PLN?

Odpowiedź:

Tak.

Zmianie ulega zapis w projekcie umowy (załączniki 3.1 i 3.2), w §3 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysyłka odczynników może być wstrzymana w przypadku występowania zaległości płatniczych powyżej 10 000,00 PLN. O zamiarze wstrzymania dostawy Wykonawca poinformuje pisemnie Organizatora w terminie do 2 dni od daty otrzymania zamówienia.”

**Pytanie 37:**

Czy Organizator, dla potwierdzenia wymogu posiadania przez Oferenta niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym, dopuści do przedłożenia wykazu jednostek z danymi kontaktowymi, w których pracuje analizator oferowanego typu (dopuszczony inny model), bez względu na wartość kontraktu oraz bez przedkładania dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówień? Obecny zapis eliminuje analizatory nowo wprowadzane na rynek.

Odpowiedź:

Nie.

**Pytanie 38:**

Czy Organizator dopuści przedłożenie polisy nie niższej niż 100 000 zł?

Odpowiedź:

Organizator dopuści przedłożenie polisy nie niższej niż 100 000 zł.

**Pytanie 39:**

Czy Organizator zrezygnuje z wymogu wpłaty wadium bądź obniży jego wartość? Wysokość wadium określona przez Organizatora wydaje się być sprzeczna z art. 5 KC, art. 58 i art. 354 KC, ponieważ Organizator ustalając wadium na tak wysokim (niewspółmiernym do wartości oferty) poziomie nadużywa przysługujących mu praw podmiotowych, które w ten sposób są sprzeczne z jego rzeczywistym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz naturą stosunku zobowiązaniowego.

Odpowiedź:

Organizator obniża wadium do wartości 5 000 złotych dla każdego z zadań.

**Pytanie 40:**

Czy Organizator zrezygnuje z wymogu wyceny następujących badań: ceruloplazmina i miedź?

Odpowiedź:


Oferent pokryje koszty zakupu odczynnika ceruloplazmina i miedź aby wykonać te badania w laboratorium Organizatora na posiadanym przez niego analizatorze Cobas Mira Plus.

**Pytanie 41:**

Czy Organizator wyrazi zgodę na zaoferowanie TIBC w miejsce UIBC?

Odpowiedź:

Tak.

Prezes Zarządu  
  
Zygmunt Malinowski

Pismo zamieszczone na stronie internetowej w dniu 22 marca 2011 r.