

Piła, dnia 06.11.2014r.

Do Wykonawców, którzy złożyli oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: **Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 70¹ oraz art. 70³-70⁵ Kodeksu cywilnego**
dot. projektu pt.: „Dostawa, montaż i uruchomienie kardioangiografów dla Ars Medical Sp. z o.o. w Pile”,
w związku z realizacją miejskiego Projektu rewitalizacyjnego pod nazwą:
„Rewitalizacja obszaru miasta Piły w obrębie posesji Ars Medical Sp. z o. o. oraz dróg dojazdowych od ul. Matwiejewa i ul. Kraszewskiego”,
w ramach Inicjatywy JESSICA,
wdrażanej w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
Priorytet IV - „Rewitalizacja obszarów problemowych”,
Działanie 4.1 - „Rewitalizacja obszarów miejskich”.

Zamawiający „Ars Medical” Sp. z o.o. w Pile, Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła, niniejszym informuje, iż w dniu 06.11.2014r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania inwestycyjnego: „Dostawa, montaż i uruchomienie kardioangiografów dla Ars Medical Sp. z o.o. w Pile”.

W terminie składania ofert, tj. do dnia 21.10.2014r. godz. 10:00 do Sekretariatu „Ars Medical” w siedzibie Spółki wpłynęły dwie oferty. Otwarcia ofert dokonano przez Komisję Przetargową, w obecności przedstawicieli potencjalnych Wykonawców, w dniu 21.10.2014r. godz. 10:30 w Sali Konferencyjnej „Ars Medical” Sp. z o.o. w Pile.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Po dokonanej, wnikliwej analizie oraz ocenie zapisów w wymaganej do procedury przetargowej dokumentacji dla obu części zamówienia, m.in. w opisach wymaganych parametrów technicznych, dokumentacji technicznej jak również formularzy cenowych oraz pozostałych wymaganych dokumentów, Komisja Przetargowa za najkorzystniejszą, zarówno pod względem ekonomicznym jak i merytorycznym, przywołującym jako kryterium oceny wymaganą funkcjonalność obu aparatów stanowiących przedmiot przetargu, uznała ofertę firmy TMS Sp. z o.o. , ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa.



UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę spełniającą oczekiwania Zamawiającego, zarówno pod względem funkcjonalności aparatów jak i korzystnych warunków cenowych.

Oferta firmy Philips nie została wybrana z uwagi na nie spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisanym dla części I zamówienia w pkt VIII.10: „UPS zapewniający pracę angiografu (ruchy statywu, stołu pacjenta i prześwietlenie) przez minimum 30 minut” – podano zaoferowaną wartość 15 kVA, oraz dla części II zamówienia w pkt VIII.9: „UPS zapewniający pracę angiografu (ruchy statywu, stołu pacjenta i prześwietlenie) przez minimum 30 minut” – podano zaoferowaną wartość 15 kVA. W przypadku obu kardioangiografów dla podanych parametrów kVA zaoferowano generatory o mocy 100 kW każdy.

Wg opinii specjalistów wiedzy technicznej i technologicznej z tej dziedziny, przy takiej konfiguracji zaoferowany UPS posiada za małą moc, aby zapewnić pracę kardioangiografu (ruchy statywu, stołu pacjenta i prześwietlenie, a zwłaszcza prześwietlenia radiograficzne, do zaoferowanej mocy 100 kW, tj. około 100 kVA), nawet przez czas dużo krótszy niż wymagane 30 minut.

Wobec powyższych argumentów dotyczących niespełnienia wymagań warunków granicznych obowiązujących wszystkich oferentów, oferta firmy Philips Polska Sp. z o.o. nie mogła zostać uznana za ofertę korzystniejszą od oferty firmy TMS Sp. z o.o.

Z poważaniem

PREZES ZARZADU

Zygmunt Malinowski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.arsmedical.pila.pl w dniu 06.11.2014r.