

Odpowiedzi udzielone w dniu 31.10.2014 r. na pytania z dnia 30.10.2014 r. do
Ogłoszenia o przetargu z dnia 25.10.2014r.

Dotyczy: Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art.70¹ i art.70³ – 70⁵ Kodeksu cywilnego na „Dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń oraz wyposażenie Centralnej Sterylizatorni wraz ze stacją uzdatniania wody dla Ars Medical Sp. z o.o. w Pile” dotyczącego realizacji miejskiego Projektu rewitalizacyjnego pod nazwą: „Rewitalizacja obszaru miasta Pily w obrębie posesji Ars Medical Sp. z o. o. oraz dróg dojazdowych od ul. Matwiejewa i ul. Kraszewskiego”, w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet IV - „Rewitalizacja obszarów problemowych”, Działanie 4.1 - „Rewitalizacja obszarów miejskich”.

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWS:

Pytanie nr 1:

Czy kompleksowa obsługa realizacji Zadania obejmuje wyłącznie zakres rzeczowy wskazany w dokumentacji przetargowej. Jak Zamawiający definiuje zwrot: "przygotowawczych prac dodatkowych", w jakim stosunku pozostają one z wyznaczonym zakresem rzeczowym? Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie zakresu prac dodatkowych?

ODPOWIEDŹ: *Pod pojęciem prac dodatkowych należy rozumieć prace (montażowe i wykończeniowe wokół aparatów). Przygotowanie miejsca montażu zgodnie z DTR urządzeń po stronie Zamawiającego (za wyjątkiem rozprowadzenia i podłączenia instalacji rozprowadzenia wody ze stacji uzdatniania wody do urządzeń).*

Pytanie nr 2:

Czy w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie czy też zwrot: "na własny koszt" oznacza, że będzie musiał je wykonać bez wynagrodzenia i zwrotu jakichkolwiek kosztów, a jeśli za wynagrodzeniem, to w na jakiej zasadzie będzie ono ustalane?"

ODPOWIEDŹ: *Pod pojęciem prac dodatkowych należy rozumieć prace (montażowe i wykończeniowe wokół aparatu). Przygotowanie miejsca montażu zgodnie z DTR urządzeń po stronie Zamawiającego (za wyjątkiem rozprowadzenia wody ze stacji uzdatniania wody). Koszty montażowe i wykończeniowe wokół aparatów po stronie Wykonawcy.*

Pytanie nr 3:

Pytanie do Części I Par. 4 pkt.2:

"Czy Cena Kontraktowa może zostać podwyższona w przypadku zlecenia wykonania prac

dotychczas, jak również co w sytuacji konieczności lub zlecenia prac zamiennych o większym o pierwotnego zakresu robót?".

ODPOWIEDŹ: Nie

Pytanie nr 4:

Pytanie Część V Par.1 ust.7 i Część VI Par.1 ust.1

"Czy Zamawiający dopuści użycie urządzenia zastępczego lub inną formę zastępczą zapewniającą ciągłość pracy placówki na czas naprawy urządzenia oraz czy zapewnienie ciągłości pracy placówki będzie skutkowało brakiem naliczania kar umownych lub odszkodowań dla Wykonawcy?"

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści użycie urządzenia zastępczego, w takim przypadku nie będzie to skutkowało naliczeniem kar.

Pytanie nr 5:

Pytanie Część VIII Par.1 ust.1 pkt. 4) i 5)

"Czy Zamawiający może doprecyzować okoliczności uprawniające go do odstąpienia od umowy, tj. poprzez podanie dni zwłoki oraz zakres wyrządzonej szkody, albowiem w przeciwnym wypadku każda zwłoka i każda, choćby minimalna szkoda stanowiłaby podstawę do odstąpienia od umowy".

ODPOWIEDŹ: Odstąpienie od umowy może nastąpić w przypadku, gdy szkoda osiągnie 10% wartości umowy.

Pytanie nr 6:

Pyt nr 6 dotyczy: „ termin realizacji Zadania Inwestycyjnego”

Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z podanym w projekcie umowy terminem zakończenia Zadania Inwestycyjnego na 30.12.2014r Zamawiający wykona i uruchomi przyłącza oraz zakończy wszelkie prace budowlane niezbędne do prawidłowego podłączenia i uruchomienia urządzeń przed 10.12.2014r?

W przypadku, gdy termin ten nie zostanie dotrzymany, Wykonawca nie będzie miał możliwości wykonania montażu, podłączenia i uruchomienia urządzeń w terminie do 30.12.2014r”

ODPOWIEDŹ: Termin 30.12.2014 obowiązuje w przypadku, gdy Zamawiający przekaże wykonane i uruchomione przyłącza oraz zakończy wszelkie prace budowlane niezbędne do prawidłowego podłączenia i uruchomienia urządzeń przed 18.12.2014r

Pytanie nr 7:

Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie czy przygotowanie i uruchomienie wszelkich instalacji (woda do Stacji Uzdatniania Wody, kanalizacja, wentylacja, zasilanie elektryczne urządzeń i wyposażenia, sprężone powietrze) niezbędnych do prawidłowego podłączenia i uruchomienia urządzeń wyspecyfikowanych w przedmiocie zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową urządzeń leży po stronie Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Przygotowanie miejsca montażu zgodnie z DTR urządzeń po stronie Zamawiającego (za wyjątkiem rozprowdzenia wody ze stacji uzdatniania wody). Koszty montażowe i wykończeniowe wokół aparatów po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 8:

Pyt nr 8 dotyczy: „ termin realizacji Zadania Inwestycyjnego”

„ Czy w przypadku, gdy prace budowlano – instalacyjne w zakresie niezbędnym do prawidłowego podłączenia i uruchomienia urządzeń nie zostaną przez Zamawiającego zakończone do dnia 10.12.2014r automatycznie przedłużony się termin zakończenia prac obowiązujący Wykonawcę?”

ODPOWIEDŹ: Termin 30.12.2014 obowiązuje w przypadku, gdy Zamawiający przekazuje wykonane i uruchomione przyłącza oraz zakończy wszelkie prace budowlane niezbędne do prawidłowego podłączenia i uruchomienia urządzeń przed 18.12.2014r. W przypadku braku gotowości Zamawiającego przed 18.12.2014, zostanie wyznaczony nowy termin końcowy.

Pytanie nr 9:

Pozycja: pomieszczenie 4 – stół odstawczy

Czy wysokość załadownicza drugiego poziomu może być inna niż wysokość myjni dezynfektora? Z uwagi na konstrukcję stołu możliwe jest, aby stół tylko dla 1 poziomu miał wysokość zgodną z wysokością myjni.

ODPOWIEDŹ: Dopuszcza

Pozycja: pomieszczenie 13/14 – stół roboczy ze zgrzewarką

Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę rotacyjną, której wymiary zewnętrzne wynoszą 710x260x240 mm?

ODPOWIEDŹ: Dopuszcza

Pozycja: pomieszczenie 24 – lodówka

Czy Zamawiający pod sformulowaniem lodówka ma na myśli chłodziarkę czy chłodziarko-zamrażarkę?

ODPOWIEDŹ: Pozycja 24 dotyczy chłodziarki

Pytanie nr 10:

Bardzo prosimy o informację jaką wersję bazy Oracle Państwo posiadacie?

ODPOWIEDŹ: wersja 11.2.0.4

Pytanie nr 11:

Prosimy o informację czy zapis w siwz – zał 14 pkt3 – (integracja ze strony oferowanego systemu)- oznacza, że firma oferująca system nie będzie ponosiła kosztów integracji wynikających z dostosowania rozwiązań i oprogramowania przez firmy zewnętrzne, dotyczące ich oprogramowania (Eskulap, Impuls) i poniesie jedynie koszty występujące po stronie dostawcy systemu komputerowego wynikające z dostosowania swojego oprogramowania i budowy odpowiednich interfejsów po stronie swojego oprogramowania?

ODPOWIEDŹ: Po stronie Wykonawcy, są jedynie koszty występujące po stronie

dostawcy systemu komputerowego wynikające z dostosowania swojego oprogramowania i budowy odpowiednich interfejsów po stronie swojego oprogramowania

Pytanie do zał.10 pkt 25

Prosimy o wyjaśnienie zapisu, czy zapis oznacz że urzędnicy powinni posiadać 5 oddzielnych przycisków, do których są przypisane programy?

ODPOWIEDŹ: Wyjaśnia, że wybór programów powinien odbywać się przez minimum 5 oddzielnych przycisków.

Pytanie do zał. 10 lp.67

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek minimalnej wysokości od półki do ramienia myjącego na każdym poziomie 70 mm (przy jednoczesnym myciu 12 tac DIN) spełniając jednocześnie pozostałe wymagania zawarte w pkt. 67?

ODPOWIEDŹ: Dopuszcza. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

W związku z rozbieżnością interpretacyjną w zapisach punktu: IV Rozliczenia finansowe par.1. Podstawa rozliczenia, a w szczególności stwierdzeniem, że “(...) rozliczenie za wykonane Prace dokonane będzie na podstawie faktury (...)” w stosunku do przedmiotu umowy obejmującego co do zasady "Dostawę urządzeń", wnosimy niniejszym o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy dopuszczają Państwo opisany poniżej sposób rozliczeń w stosunku do propozycji zawartej w powołanym powyżej rozdziale Umowy.

Według stanowiska pytającego przedmiotowe rozliczenie odbędzie się w następujący sposób:

1) dostawa poszczególnych urządzeń wraz z montażem i postawieniem ich w gotowości do uruchomienia, stanowiąc będzie przedmiot faktur potwierdzających zakres wykonanych dostaw (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towaru), potwierdzone protokołami przekazania urządzeń (protokoły sporządzane w momencie dostawy)

ODPOWIEDŹ: Dopuszcza.

2) potencjalne dokonanie przedpłat na dostawę przedmiotu umowy, potwierdzone zostanie fakturami zaliczkowymi dokumentującymi transakcje w zakresie tej części, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, i rozliczone będzie fakturą “końcową” dokumentującą dostawę przedmiotu umowy w części zrealizowanej przedpłaty na podstawie protokołu dostawy urządzeń

ODPOWIEDŹ: Dopuszcza.

3) Protokół końcowy stanowił będzie formalne potwierdzenie dokonanych dostaw na

podstawie faktur i faktur zaliczkowych

ODPOWIEDŹ: Dopuszcza.


PREZES Zarządu
Zygmunt Malinowski