

**Odpowiedzi udzielone w dniu 03.12.2014 r. na pytania z dnia 01.12.2014 r.  
do Ogłoszenia o przetargu z dnia 25.11.2014r.**

*Dotyczy:* **Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 70 Kodeksu cywilnego na zadanie inwestycyjne pn.:**  
**„Zabudowa Sal Operacyjnych wraz z zakupem wyposażenia oraz integracją dla Ars Medical Sp. z o.o. w Pile”,**  
**dotyczące realizacji miejskiego projektu rewitalizacyjnego pt.:**  
**„Rewitalizacja obszaru miasta Pily w obrębie posesji Ars Medical Sp. z o. o. oraz dróg dojazdowych od ul. Matwiejewa i ul. Kraszewskiego”,**  
**w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej**  
**w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,**  
**Priorytet IV - „Rewitalizacja obszarów problemowych”,**  
**Działanie 4.1 - „Rewitalizacja obszarów miejskich”.**

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

**Dotyczy przedmiotu zamówienia:**

**6. Wózek ratowniczy (Wyposażenie pozostałe sal operacyjnych)**

1. *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o następujących parametrach:*
  - *Konstrukcja wózka (oparta na czterech kolumnach), ściany boczne I tylna wykonane z anodyzowanego aluminium gwarantującego lekkość, trwałość oraz nierdzewność wózka;*
  - *Konstrukcja wykonana w technologii dwuściennej z wypełnieniem Izolacyjnym o konstrukcji plastra miodu zapewniającym sztywność i wygłuszenie;*
  - *Wózek modułowy umożliwiający w późniejszym czasie dodawanie elementów wyposażenia dodatkowego*
  - *Blat, podstawa oraz szuflady (jednolite bez elementów łączenia) wykonane z wysokiej Jakości tworzywa sztucznego Baydur o grubości 30mm- odpornego na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne,*
  - *Blat roboczy o wymiarach 730x530mm zagłębiony z burtami o wysokości 1,5cm z czterech stron*
  - *Szuflady w pełni otwierane (100%) zabezpieczone przed niepożądanym otwarciem w trakcie przetaczania; łatwe do wyciągnięcia i czyszczenia;*
  - *Możliwość wyjęcia wszystkich szuflad*
  - *Fronty szuflad wykonane z wysokiej jakości tworzywa HPL z możliwością wyboru kolorystyki spośród 4 kolorów lub z aluminium z .kolorowymi miejscami na etykiety identyfikujące zawartość szuflady;*
  - *Szuflady na prowadnicach suwnych*
  - *Szuflady wyposażone w aluminiowe uchwyty do otwierania z możliwością umieszczenia napisu identyfikującego zawartość szuflady;*
  - *Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne*

- Każda śrubka i wkręt wykonane są ze stali nierdzewnej aby zapobiec procesom korozji; blaty zabezpieczone uszczelkami aby zapobiec wnikaniu cieczy do wnętrza struktury, a także w celu wyciszenia. Wszystkie powierzchnie są gładkie, bez ostrych krawędzi i ukrytych szczelin. Wszystkie dodatkowe akcesoria mogą w łatwy sposób zostać wyciągnięte aby umożliwić bardziej wnikliwie czyszczenie i dezynfekcje wózka;
- Koła łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, niezostawiające śladów oraz ciche. Osadzone na łożysku kulowym - 3 koła z blokadą, 1 antystatyczne. Koła przeciwpylowe o średnicy 125mm;
- Listwa odbojowa wzdłuż podstawy wózka
- Modułowa konstrukcja oraz możliwość rozbudowy: każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest w 14 punktów mocowania akcesoriów, System zacisków umożliwia zamocowanie różnorodnych akcesoriów na profilach stanowiących nadstawkę;
- Wymiary wózka - 835x648x940mm [długość x głębokość x wysokość]

**Wyposażenie:**

- Centralny zamek na frontowej ścianie nad szufladami
- Szuflady o wysokościach: 1x105mm, 2x157mm i 1x210mm
- Uchwyt na pojemnik na zużyte Igły
- Uchwyt na pudełko z rękawiczkami
- Boczny kosz na odpady zamykany/otwierany kolanem
- Nadstawka z 12 pojemnikami wykonanymi z tworzywa plexiglas z możliwością regulacji wysokości i wielkości pojemników.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga dostawy sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Ogłoszenia.

**Dotyczy przedmiotu zamówienia:**

**11. Fotel do podawania cytostatyków (Zakres IV)**

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel z możliwością regulacji segmentu oparcia pleców w zakresie 0-70°? Oferowany zakres tylko minimalne odbiega od wymaganego, a różnica rzędu 10° jest niezauważalna w codziennym użytkowaniu.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga dostawy sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Ogłoszenia.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel z regulacją segmentu nożnego w zakresie od 0° do -30°? oferowane rozwiązanie jest wystarczające do zapewnienia komfortowej pozycji pacjenta podczas przeprowadzania długotrwałych zabiegów i terapii.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga dostawy sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Ogłoszenia.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel o następujących parametrach technicznych:

- całkowita długość : 2130mm

- całkowita szerokość: 1060mm
- szerokość siedziska: 700mm?

Oferowane wymiary gwarantują maksymalny komfort pacjentom i bardzo dobrze sprawdzają się w praktyce użytkowej.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga dostawy sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Ogłoszenia.

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

**14. Lampa zabiegowa LEO (Zakres IV)**

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową o temperaturze barwowej na poziomie 4400°K? Różnica rzędu 100°K jest niezauważalna gołym okiem i nie wpływa na postrzeganie tkanek podczas przeprowadzanych zabiegów.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy zabiegowej o temperaturze barwowej na poziomie 4400°K, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.

  
PREZES  
Zygmunt Malinowski