

**Odpowiedzi udzielone w dniu 04.12.2014 r. na pytania z dnia 02.12.2014 r. do
Ogłoszenia o przetargu z dnia 25.11.2014r.**

Dotyczy: **Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 70¹ i art. 70³ – 70⁵
Kodeksu cywilnego na zadanie inwestycyjne pn.:**
**„Zabudowa Sal Operacyjnych wraz z zakupem wyposażenia oraz integracją
dla Ars Medical Sp. z o.o. w Pile”,
dotyczące realizacji miejskiego projektu rewitalizacyjnego pt.:**
**„Rewitalizacja obszaru miasta Pily w obrębie posesji Ars Medical Sp. z o. o. oraz dróg
dojazdowych od ul. Matwiejewa i ul. Kraszewskiego”,
w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
Priorytet IV - „Rewitalizacja obszarów problemowych”,
Działanie 4.1 - „Rewitalizacja obszarów miejskich”.**

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące
zapytania:

**Zakres III. Aparat do znieczulenia
X – INNE**

Pytanie 1, pozycja 1

*Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z uchwytem do zawieszenia
monitora pacjenta umożliwiającym stabilne przymocowanie monitora z możliwością
szybkiego zdjęcia – 1 uchwyt na każdy aparat oraz zestaw/uchwyt z ramieniem – 1 szt.
na każdy aparat, do zawieszenia stacji na moduły pomiarowe z możliwością
zawieszenia stacji na moduły na specjalnych szynach do tego przeznaczonych,
znajdujących się po obu stronach aparatu?*

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści taki aparat.

Pytanie 2, pozycja 5

*Czy Zamawiający dopuści wielorazowe układy z workiem dla dorosłych po 5
kompletów na każdy aparat?*

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 3, pozycja 6

*Czy Zamawiający dopuści wielorazowe układy z workiem dla dzieci po 2 komplety na
każdy aparat?*

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.

Zakres III. Respirator na salę wybudzeń

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga aby respiratory były wyposażone w precyzyjne, elektroniczne i nie wymagające okresowej wymiany czujniki przepływu umieszczone w module wydechowym respiratora oraz elektroniczne i nie wymagające okresowej wymiany czujniki pomiaru stężenia tlenu? Tego typu rozwiązania znacznie zmniejszają koszty eksploatacyjne urządzeń.

ODPOWIEDŹ: Tak - Zamawiający wymaga.

Zakres III. Respirator na OIOM

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga aby respiratory były wyposażone w precyzyjne, elektroniczne i nie wymagające okresowej wymiany czujniki przepływu umieszczone w module wydechowym respiratora oraz elektroniczne i nie wymagające okresowej wymiany czujniki pomiaru stężenia tlenu? Tego typu rozwiązania znacznie zmniejszają koszty eksploatacyjne urządzeń.

ODPOWIEDŹ: Tak - Zamawiający wymaga.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respiratory na OIOM bez butli gazowych standardowo służących do transportu?

ODPOWIEDŹ: Tak - Zamawiający dopuści.


PREZES
Zygmunt Malinowski