

Załącznik nr 9

” Zakup, dostawa instrumentów medycznych dla sal operacyjnych w Ars Medical Sp. z o.o. w Pile”

L.P.	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE	WARUNEK GRANICZNY	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Narzędzia chirurgiczne matowane dla uniknięcia refleksu w polu operacyjnym (z wyjątkiem zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania)	TAK	
2.	Narzędzia stalowe wykonane z wysokiej jakości medycznej stali nierdzewnej (z wyjątkiem elementów wymiennych systemów przecierynych retraktorów kręgosłupa, które winny być wykonane ze stopu tytanu) zgodnie z PN lub normami europejskimi	TAK	
3.	Narzędzia chirurgiczne winny posiadać możliwość: - mycia w myjkach ultradźwiękowych lub poprzez neutralizację dopuszczonymi środkami myjącymi, - dezynfekcji temperaturowej i chemicznej dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi, - sterylizacji parowej w temperaturze 134 st. C, przy ciśnieniu 2 bar lub w tlenku etylenu w temperaturze 51 st. C dla materiałów wrażliwych	TAK	
4.	Narzędzia winny być odcenzone wg cechy wskazanej przez Zamawiającego oraz kodem DATAMATRIX	TAK	
5.	Dla potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego sprzętu należy dołączyć: - oryginały katalogów produktowych, - dokumenty dopuszczające do obrotu, zgodnie z wymogami ustawowymi (certyfikat CE, Deklarację Zgodności z Dyrektywą Medyczną UE lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych), - oświadczenie producenta dot. składu stali medycznej; - certyfikat autoryzowanego podmiotu dla napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych na terenie kraju, - instrukcję warunków użytkowania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji w j. polskim,	TAK	
	Warunki gwarancji i serwisu urzędzeń oraz instrumentarium:		
1.	Okres gwarancji: minimum 36 miesiące, podać	TAK	