

**Odpowiedzi udzielone w dniu 09.04.2015 r. na pytania z dnia 09.04.2015 r. do
Ogłoszenia o przetargu z dnia 04.04.2015r.**

**Dotyczy: Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art.70¹ i art.70³ – 70⁵ Kodeksu
cywilnego na zadanie inwestycyjne pn.:
„Zakup oraz dostawa 5 sztuk defibrylatorów dla Ars Medical Sp. z o.o. w Pile”**

**Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące
zapytania:**

Pytanie 1 – defibrylator

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z ekranem LCD-TFT Blue Mode o przekątnej 5,7”, rozdzielczością ekranu 320x240 pikseli z dobrą widocznością zarówno w ciemnym jak i oświetlonym środowisku?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający wymaga defibrylatora z ekranem kolorowym typu LCD-TFT o przekątnej min. 7”.

Pytanie 2 – defibrylator

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z bez możliwości wykonania defibrylacji wewnętrznej?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 3 – defibrylator

Czy Zamawiający dopuści defibrylator gdzie wybór poziomu energii odbywa się z panelu czołowego aparatu spośród 14 poziomów energii w zakresie 2- 360J?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 4 – defibrylator

Czy Zamawiający dopuści defibrylator ze wzmocnieniem sygnału EKG w zakresie minimum 0,5-1,5 cm/mV oraz AUTO?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 5 – defibrylator

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z czasem ładowania do 6s. dla energii 200J?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 6 – defibrylator

Czy Zamawiający dopuści defibrylator spełniający wszystkie kryteria podane w specyfikacji technicznej o wadze nieznacznie przekraczającej 10kg?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.


PREZES Zarządu
Zygmunt Malinowski